



TECNOSOFT SRL
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), ITALY
☎ +39 0226922888 - Fax +39 0226922875
P.IVA e CF IT09553010159
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
R.I. Milano 291533 - R.E.A. Milano 1305624
N. Registro A.E.E. IT08020000000687
N. Registro Pile IT09060P000000026
✉ hardware@tecnosoft.eu - web www.tecnosoft.eu



Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
per sviluppo Firmware e Software

UNI EN ISO 9001:2008 certified
for Firmware and Software development

Certificato di verifica calibrazione / Calibration certificate

Strumento / Instrument : DataLogger di Temperatura e Pressione/Pressure and Temperature Data Logger
Costruttore / Manufacturer : Tecnosoft
Modello / Model : Pressure Disk
Numero di serie / Serial number : 1501003517

Temperatura / Temperature

Temperatura di riferimento Reference temperature °C	Temperatura Calibrata Calibrated temperature °C	Scostamento dal riferimento Error °C
24,53	24,53	0,00
49,66	49,65	-0,01
74,81	74,83	0,02
99,02	98,99	-0,03
125,03	125,05	0,02
140,01	140,00	-0,01

Bagno termostatico / Thermostatic bath : Giussani Cryostatic Bath Model BK40-M
Termometro campione /
Reference Thermometer : Tersid Platinum Thermo Resistance S/N 1, Connected To HP Multimeter
HP34401A S/N 3146A52261 Calibration Certificate LAT 169 0563/13 issued
by LAT N.169 of 10/04/13

Incertezza del sistema di calibrazione /
Calibration system uncertainty : 0,2 °C

Pressione / Pressure

Pressione di riferimento Reference Pressure bar	Temperatura Temperature °C	Pressione calibrata Calibrated pressure bar	Scostamento dal riferimento Error bar
0,100	58,1	0,100	0,000
1,000	29	1,000	0,000
2,000	119,57	2,001	0,001
3,000	133,84	3,000	0,000

Camera climatica / Climatic chamber : Binder Climatic Chamber Model MKF 240 S/N 08-55592
Riferimento di pressione /
Pressure reference : LPC-2 + LPC200 Calibration Certificate 0627-SP-12 Issued
By Accredia N.114 on 03 December 2012