



# Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage  
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type /

Modèle / Modelo:

**testo 174T**

Messbereich / Measuring range /

Etendue de mesure / Rango de medición :

**Temperature: -30...70°C**

Serien-Nr. / Serial no. /

N°. de série / Número de serie:

**36851994**

Segmenttest / Display test /

Test d'affichage / Test del visualizador:

OK

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida :	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido :
Temperature :		
<b>25.0 °C</b>	<b>±0.5 °C</b>	<b>24.9 °C</b>

*J. Yeung*

Prüfer / Inspector /  
Responsable / Verificador