



Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type /

Modèle / Modelo:

testo 174H

Messbereich / Measuring range /

Etendue de mesure / Rango de medición :

Temperature: -20...70°C

Humidity: 0...100%rF% rH

Serien-Nr. / Serial no. /

N°. de série / Número de serie:

36913969

Segmenttest / Display test /

Test d'affichage / Test del visualizador:

☒ **OK**

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida :	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido :
Temperature :		
25.0 °C	±0.5 °C	24.9 °C
Humidity:		
44.9 %rH	±3.0 %rH	44.8 %rH

J. Yeung

Prüfer / Inspector /
Responsable / Verificador